



El Instituto Nacional de Normalización, INN, certifica que:

SERVINCAL CHILE S.A.

ubicado en Los Jardines N°375, Ñuñoa, Santiago

ha sido acreditado en el Sistema Nacional de Acreditación del INN,
como

Laboratorio de Calibración

Según NCh-ISO 17025.0f2005

en el área Magnitud Temperatura, con el alcance indicado en
anexo

Vigencia de la Acreditación: hasta el 23 de Octubre de 2022

Santiago de Chile, 16 de Octubre de 2018

Eduardo Ceballos Osorio
Jefe de División Acreditación

Sergio Toro Galleguillos
Director Ejecutivo



ACREDITACION LC 110

ALCANCE DE LA ACREDITACION DE SERVINCAL CHILE S.A., SANTIAGO, COMO LABORATORIO DE CALIBRACION

AREA : TEMPERATURA

Servicio de calibración			Rango del mensurando			Capacidad de medición y calibración (CMC)			Patrón de referencia usado en la calibración	
Instrumento o sistema de medición	Método y Norma/Documento de base	Condición de la medición	Mín (mayor que)	Máx. (menor o igual que)	Unidades	Valor	Unidades	Nivel de confianza	Patrón	Fuente de trazabilidad inmediata
Termohigrometro Registadores de temperatura y humedad Indicadores de temperatura y humedad Datalogger de temperatura y humedad	Comparación CEM-TH-007 edición digital 1:2008	(22,5 ± 6,5) °C (50 ± 30) %HR	20 10	90 40	%hr °C	1,5 0,15	%HR °C	95%	Termohigrometros CONTROL COMPANY modelo 4087 camara climatica MEMMERT modelo HP110	Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial - España (INTA) ENAC N°16/LC10.007



Eduardo Ceballos Osorio
Jefe de División Acreditación

Sergio Toro Galleguillos
Director Ejecutivo

